



Dispositivo medico classe I, fabbricato da Contel S.r.l., Strada delle Brigole, 46 23877 Paderno d'Adda (LC) Italia in conformità alla Direttiva UE 745/2017 MDR secondo cui le presenti istruzioni sono redatte ed hanno lo scopo di garantire un utilizzo adeguato e sicuro del prodotto. Contel S.r.l. è un'azienda con sistema qualità certificato ISO 9001

ISTRUZIONI D'USO POLSINO SEMPLICE - POLSINO CON POLLICE



☐ PK02

☐ PK03



Grazie per aver scelto NewellMed®. Leggere attentamente le istruzioni seguenti per un corretto utilizzo del supporto

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Indicato nelle forme infiammatorie e nei traumi di lieve entità

PRECAUZIONI D'USO

- Posizionare il supporto senza esercitare pressioni eccessive ed evitando l'applicazione su parti che presentino ferite o eccessivi gonfiori. Non stringere eccessivamente il supporto per non causare pressioni e compressioni locali a vasi sanguigni e/o nervi
- Per ogni dubbio applicativo rivolgersi al proprio *fisioterapista/medico/tecnico ortopedico*
- Si consiglia la sostituzione del dispositivo quando si presenta usura o logorio anche parziale
- Lavare regolarmente il prodotto al fine di mantenere adeguate condizioni igienico-sanitarie.

AVVERTENZE

Il supporto è consigliabile se prescritto da un medico o da un fisioterapista; deve essere applicato da un fisioterapista/medico/tecnico ortopedico con la massima cura per garantirne un corretto uso. Non alterare le regolazioni effettuate dal fisioterapista/medico/tecnico ortopedico. L'azienda declina ogni responsabilità qualora il soggetto ne faccia un uso improprio del supporto o nel caso venga utilizzato da più persone. Il supporto non è cedibile come previsto da regolamento MDR. In caso di malfunzionamento o comparsa di dolori/gonfiori/stasi rivolgersi al fisioterapista/medico/tecnico ortopedico. In caso di particolare gravità effettuare opportune segnalazione al fabbricante e agli organi competenti di stato

APPLICAZIONE

1. Inserire il pollice nell'anello (**nella sede pollice per PK03**)
2. Tensionare e chiudere il cinturino del dispositivo a giro sul polso
3. Tensionare il cinturino di regolazione al pollice per una migliore aderenza (**solo PK03**)
4. Per togliere il supporto aprire i cinturini e sfilare la mano

MANUTENZIONE

- Lavare a 30° utilizzando sapone neutro
- Non candeggiare
- Non utilizzare asciugatrice e lontano da fonti di calore
- Non stirare
- Non lavare a secco

SMALTIMENTO

Dispositivo non biodegradabile, smaltire insieme ai normali rifiuti solidi urbani. Verificare le disposizioni del proprio comune



Dispositivo medico classe I, fabbricato da Contel S.r.l., Strada delle Brigole, 46 23877 Paderno d'Adda (LC) Italia in conformità alla Direttiva UE 745/2017 MDR secondo cui le presenti istruzioni sono redatte ed hanno lo scopo di garantire un utilizzo adeguato e sicuro del prodotto. Contel S.r.l. è un'azienda con sistema qualità certificato ISO 9001

ISTRUZIONI D'USO POLSINO SEMPLICE - POLSINO CON POLLICE



☐ PK02

☐ PK03



Grazie per aver scelto NewellMed®. Leggere attentamente le istruzioni seguenti per un corretto utilizzo del supporto

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Indicato nelle forme infiammatorie e nei traumi di lieve entità

PRECAUZIONI D'USO

- Posizionare il supporto senza esercitare pressioni eccessive ed evitando l'applicazione su parti che presentino ferite o eccessivi gonfiori. Non stringere eccessivamente il supporto per non causare pressioni e compressioni locali a vasi sanguigni e/o nervi
- Per ogni dubbio applicativo rivolgersi al proprio *fisioterapista/medico/tecnico ortopedico*
- Si consiglia la sostituzione del dispositivo quando si presenta usura o logorio anche parziale
- Lavare regolarmente il prodotto al fine di mantenere adeguate condizioni igienico-sanitarie.

AVVERTENZE

Il supporto è consigliabile se prescritto da un medico o da un fisioterapista; deve essere applicato da un fisioterapista/medico/tecnico ortopedico con la massima cura per garantirne un corretto uso. Non alterare le regolazioni effettuate dal fisioterapista/medico/tecnico ortopedico. L'azienda declina ogni responsabilità qualora il soggetto ne faccia un uso improprio del supporto o nel caso venga utilizzato da più persone. Il supporto non è cedibile come previsto da regolamento MDR. In caso di malfunzionamento o comparsa di dolori/gonfiori/stasi rivolgersi al fisioterapista/medico/tecnico ortopedico. In caso di particolare gravità effettuare opportune segnalazione al fabbricante e agli organi competenti di stato

APPLICAZIONE

1. Inserire il pollice nell'anello (**nella sede pollice per PK03**)
2. Tensionare e chiudere il cinturino del dispositivo a giro sul polso
3. Tensionare il cinturino di regolazione al pollice per una migliore aderenza (**solo PK03**)
4. Per togliere il supporto aprire i cinturini e sfilare la mano

MANUTENZIONE

- Lavare a 30° utilizzando sapone neutro
- Non candeggiare
- Non utilizzare asciugatrice e lontano da fonti di calore
- Non stirare
- Non lavare a secco

SMALTIMENTO

Dispositivo non biodegradabile, smaltire insieme ai normali rifiuti solidi urbani. Verificare le disposizioni del proprio comune





Class I medical device, manufactured by Contel S.r.l. at its headquarters Strada delle Brigole, 46 23877 Paderno d'Adda (LC) Italy in accordance with EU Directive 745/2017 MDR according to which these instructions are drawn up and are intended to ensure an adequate and safe use of the product. Contel S.r.l. is a company with ISO 9001 certified quality system

SIMPLE WRIST BRACE - WRIST BRACE WITH THUMB



☐ PK02

☐ PK03



Thank you for choosing NewellMed®. Read the following instructions carefully for proper use of the device

THERAPEUTIC INDICATIONS

Advisable inflammatory pathologies and in light traumatism

PRECAUTIONS FOR USE

- Place the brace without exerting excessive pressure and avoiding the application on parts that present injuries or excessive swelling. Do not over tighten the support so as not to cause local pressures and compressions to blood vessels and/or nerves.
- For any application doubt contact your physiotherapist/ doctor/ orthopedic technician
- We recommend the replacement of the device when there is wear or even partial wear
- Wash the product regularly to ensure it remains in a hygienic condition

WARNINGS

The support is recommended if prescribed by a doctor or a physiotherapist; it must be applied by a physiotherapist/ doctor/ orthopedic technician with the utmost care to ensure proper use. Do not alter the adjustments made by the physiotherapist/ doctor/ orthopedic technician. The company declines any responsibility if the subject makes an improper use of the support or if it is used by several people. The support is not transferable as required by MDR regulation. In case of malfunction or the appearance of pain/swelling/stasis, contact the orthopaedic physiotherapist/doctor/technician. In case of particular seriousness, appropriate reporting to the manufacturer and the competent state bodies

APPLICATION

1. Insert the thumb into the ring (in the thumb seat for PK03)
2. Tension and close the lap device strap on the wrist
3. Tension the adjustment strap to the thumb for a better fit (PK03 only)
4. To remove the holder, open the straps and pull off the hand

MAINTENANCE

- Wash at 30°C using neutral soap
- Do not bleach
- Do not tumble dry and keep away from heat sources
- Do not iron
- Do not dry clean

DISPOSAL

Non-biodegradable device, dispose together with normal municipal solid waste. Check the provisions of your municipality



Class I medical device, manufactured by Contel S.r.l. at its headquarters Strada delle Brigole, 46 23877 Paderno d'Adda (LC) Italy in accordance with EU Directive 745/2017 MDR according to which these instructions are drawn up and are intended to ensure an adequate and safe use of the product. Contel S.r.l. is a company with ISO 9001 certified quality system

SIMPLE WRIST BRACE - WRIST BRACE WITH THUMB



☐ PK02

☐ PK03



Thank you for choosing NewellMed®. Read the following instructions carefully for proper use of the device

THERAPEUTIC INDICATIONS

Advisable inflammatory pathologies and in light traumatism

PRECAUTIONS FOR USE

- Place the brace without exerting excessive pressure and avoiding the application on parts that present injuries or excessive swelling. Do not over tighten the support so as not to cause local pressures and compressions to blood vessels and/or nerves.
- For any application doubt contact your physiotherapist/ doctor/ orthopedic technician
- We recommend the replacement of the device when there is wear or even partial wear
- Wash the product regularly to ensure it remains in a hygienic condition

WARNINGS

The support is recommended if prescribed by a doctor or a physiotherapist; it must be applied by a physiotherapist/ doctor/ orthopedic technician with the utmost care to ensure proper use. Do not alter the adjustments made by the physiotherapist/ doctor/ orthopedic technician. The company declines any responsibility if the subject makes an improper use of the support or if it is used by several people. The support is not transferable as required by MDR regulation. In case of malfunction or the appearance of pain/swelling/stasis, contact the orthopaedic physiotherapist/doctor/technician. In case of particular seriousness, appropriate reporting to the manufacturer and the competent state bodies

APPLICATION

1. Insert the thumb into the ring (in the thumb seat for PK03)
2. Tension and close the lap device strap on the wrist
3. Tension the adjustment strap to the thumb for a better fit (PK03 only)
4. To remove the holder, open the straps and pull off the hand

MAINTENANCE

- Wash at 30°C using neutral soap
- Do not bleach
- Do not tumble dry and keep away from heat sources
- Do not iron
- Do not dry clean

DISPOSAL

Non-biodegradable device, dispose together with normal municipal solid waste. Check the provisions of your municipality

